

FAQ (Frequently asked questions) – HYPOSEN

Frage	Antwort
Ist HYPOSEN apothekenpflichtig?	Nein
Ist HYPOSEN verschreibungspflichtig?	Nein
Ist HYPOSEN gesondert abrechenbar?	Nein
Ist HYPOSEN ein Medizinprodukt?	Ja
Hat HYPOSEN eine Pharmazentralnummer (PZN)?	Nein
Hat HYPOSEN einen EAN-13 Barcode (European article number)?	Ja, ist auf Faltschachtel aufgedruckt (Desensitizer 4 260097 033220; Schutzlack 4 260097 033237)
Gibt es für HYPOSEN ein Sicherheitsdatenblatt (SDB)?	Bisher nicht, ist jedoch in Vorbereitung
Gibt es Veröffentlichungen zu HYPOSEN?	Ja; Sonderdrucke können beim Hersteller angefordert werden
Wie lange ist HYPOSEN haltbar?	3 Jahre ab Herstellung (siehe Angaben auf Etikett und Faltschachtel)
Ist HYPOSEN nach dem Beschleifen von Zähnen anwendbar?	Ja; nur den Desensitizer 1-2mal anwenden; Achtung: Schutzlack dann nicht verwenden. Bei nachfolgender Anwendung von Adhäsiven bitte die Gebrauchsinfo des Adhäsivs beachten
HYPOSEN vor dem Befestigen von Kronen/Brücken anwendbar?	Ja; nur den Desensitizer 1-2mal anwenden; Achtung: Schutzlack dann nicht verwenden. Bei nachfolgender Anwendung von Adhäsiven bitte die Gebrauchsinfo des Adhäsivs beachten
Ist HYPOSEN nach einer Kavitätenpräparation anwendbar?	Ja; nur den Desensitizer 1-2mal anwenden; Achtung: Schutzlack dann nicht verwenden. Bei nachfolgender Anwendung von Adhäsiven bitte die Gebrauchsinfo des Adhäsivs beachten
Wozu brauche ich den Schutzlack?	Bei freiliegenden Zahnhälsen zur Abdeckung der Desensitizerkomponente; damit wird das Strontiumsalz als wasserlösliche Komponente nicht sofort nach der Applikation wieder vom Speichel gelöst und die Strontium-Ionen haben die Möglichkeit sich durch Austausch gegen Calcium-Ionen in die Dentinoberfläche einzulagern (vergleichbar mit der Einlagerung von Fluorid-Ionen in den Schmelz). Durch die Einlagerung werden die Dentintubuli langfristig verschlossen.
Wie wirkt HYPOSEN?	Durch den Austausch von Strontium gegen Calcium in der Dentinoberfläche werden die Dentintubuli langfristig verschlossen (s. a. oben)
Gibt es HYPOSEN noch als Set?	Nein. Beide Komponenten können jedoch separat bestellt werden.
Gibt es den HYPOSEN Desensitizer oder Schutzlack noch als 10 ml OP?	Nein. Es gibt beide nur noch in der Packungsgröße 5 ml.